

DermaGene® Quartz 5in1 IPL készülék

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

A DermaGene® Quartz 5in1 IPL készülék elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- ha a bőr- vagy szőrtípus nem alkalmas IPL kezelésre (szőke, ősz, vörös vagy világosbarna szőr esetén a kezelés nem hatékony)
- barnult vagy leégett bőr esetén
- aktív bőrrák, korábbi bőrrák vagy egyéb bőrbetegség fennállásakor
- rákmegelőző állapot vagy több atípusos anyajegy esetén a kezelendő területen
- keloidos hegesedési hajlam, kollagén rendellenesség esetén
- visszér vagy egyéb éreredetű elváltozás a kezelendő területen
- fényérzékenység, fényre jelentkező allergiás reakció esetén
- fertőzött, gyulladt, ekcémás, égett bőrfelületen
- nyílt seb, horzsolás, herpesz, hematóma, gyulladt szőrtüsző esetén
- műtéti beavatkozást követő 1 éven belül az adott területen
- epilepszia esetén
- diabétesz, lupus, porfíria vagy kongesztív szívbetegség esetén
- vérékenység vagy véralvadási zavar fennállásakor
- autoimmun, szisztémás vagy krónikus betegség esetén
- AHA, BHA, izotretinoin, azelainsav kezelés alatt vagy azt követően
- Accutane® vagy Roaccutane® szedése esetén az elmúlt 6 hónapban
- fényérzékenyítő, véralvadásgátló vagy immunszuppresszív gyógyszer szedése esetén
- beültetett implantátum, pacemaker vagy inzulinadagoló jelenléte esetén
- tetoválás felett
- mellbimbón, belső intim területen
- hosszan ható dezodor használatát követően a hónalj területén
- várandósság vagy szoptatás ideje alatt

Mikor nem alkalmazható a kezelés?

- barnult bőrfelületen
- aktív akne gyógyszeres kezelés alatt
- savas vagy retinolos kozmetikumok rendszeres használata mellett
- irritált, frissen hámlasztott bőrfelületen
- friss napozást követően

Fontos szakmai megjegyzések

- A kezelést minden esetben a legalacsonyabb energiaszinten kell kezdeni.
- A kezeléssorozat megkezdése előtt javasolt tesztvillanást végezni, majd 1 hétig megfigyelni a bőrreakciót.
- A kezelés után 3–4 napig kerülni kell a közvetlen napsugárzást.
- Magas faktorszámú (30–50 SPF) fényvédő használata javasolt a teljes kezeléssorozat alatt.
- A kezelés után enyhe bőrpír előfordulhat, amely 24–72 órán belül megszűnik.

Az alábbi tünetek esetén a kezelést azonnal abba kell hagyni:

- erős fájdalom
- hólyagosodás
- égési sérülés
- hiperpigmentáció vagy hipopigmentáció

Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása megfelelő a Te számodra kérjük, hogy vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: info@vitee.hu