

DermaGene® BodyContour Pro 2in1

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

DermaGene® BodyContour Pro 2in1 elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- terhesség vagy szoptatás ideje alatt
- menstruáció első három napján hasi területen
- szívbetegség, pacemaker esetén
- magas vérnyomás
- cukorbetegség
- epilepszia
- daganatos megbetegedés
- krónikus vagy szisztémás betegség
- hormonterápia alatt
- súlyos külső sérülés fennállásakor
- fényérzékenység vagy fényérzékenységet okozó gyógyszer szedése esetén
- fájdalomcsillapító gyógyszer szedése alatt

Mikor nem alkalmazható a készülék?

- sérült, hólyagos, beteg vagy gyulladt bőrfelületen
- ekcémás, erősen pattanásos bőrön
- heges, rendellenes bőrterületen
- visszértágulattal érintett területen
- fémimplantátum vagy fém jelenléte esetén a kezelendő területen
- arcon, nyakon
- 1,5 cm-nél vékonyabb zsírréteg esetén kavitáció nem alkalmazható

Fontos szakmai megjegyzések

Az ultrahangos kavitációs és rádiófrekvenciás kezelésekhez vezető gél használata szükséges. A kezelőfejet folyamatos mozgásban kell tartani, egy ponton nem alkalmazható tartósan. Túlmelegedés vagy kellemetlen érzés esetén a kezelést azonnal abba kell hagyni. A kezelőfejek fém alkatrészt tartalmaznak, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem javasolt.

Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása számodra megfelelő, kérjük vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: info@vitee.hu