

# **DermaGene® FaceTight Mátrix készülék**

## **Biztonságos használat – szakmai összefoglaló**

A DermaGene® FaceTight Mátrix készülék elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

### **Mikor nem ajánlott a készülék használata?**

- pacemaker vagy beültetett defibrillátor esetén
- fémimplantátum vagy fém jelenléte esetén a kezelendő területen
- daganatos megbetegedés vagy rosszindulatú anyajegy esetén
- krónikus vagy szisztémás betegség fennállásakor (pl. szívbetegség, diabétesz)
- epilepszia esetén
- autoimmun betegség vagy immunszuppresszív kezelés alatt
- véralvadási zavar vagy vérékenység esetén
- terhesség vagy szoptatás ideje alatt
- keloidos heggedésre való hajlam esetén

### **Mikor nem alkalmazható a kezelés?**

- kiálló anyajegyen
- visszértágulattal vagy rosaceával érintett területen
- seb, vágás, égési sérülés vagy fertőzött bőrfelület esetén
- ekcémás, pikkelysömörös vagy irritált bőrfelületen
- herpesz vagy aktív bőrgyulladás esetén

### **Fontos szakmai megjegyzések**

Az RF hőhatása csökkentheti bizonyos esztétikai kezelések tartósságát, ezért rádiófrekvenciás kezelés nem javasolt:

- hialuronsavas töltést követően 6 hónapig • botox kezelést követően 2 hónapig
- skin booster kezelést követően 2 hónapig
- szálbehúzás után 1 hónapig
- erős savas vagy lézeres hámlasztást követően 3 hónapig
- arcplasztikai műtét után 1 évig

A kezelőfej fém alkatrészt tartalmaz, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem ajánlott

**Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?**

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása megfelelő a Te számodra kérjük, hogy vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: [info@vitee.hu](mailto:info@vitee.hu)