

DermaGene® Ultrahangos és LED Terápiás készülék

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

A DermaGene® Ultrahangos és LED Terápiás készülék elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- pacemaker vagy beültetett defibrillátor esetén
- fémimplantátum vagy fém jelenléte esetén a kezelendő területen
- daganatos megbetegedés fennállása vagy kórtörténete esetén
- súlyos szívbetegség vagy egyéb krónikus betegség fennállásakor
- immunrendszeri betegség vagy immunszuppresszív kezelés alatt
- epilepszia esetén
- terhesség vagy szoptatás ideje alatt
- véralvadási zavar vagy véralvadásgátló gyógyszer alkalmazása esetén
- az elmúlt 3 hónapban végzett műtéti beavatkozás a kezelendő területen

Mikor nem alkalmazható a kezelés?

- anyajegyen
- visszértágulattal érintett területen
- seb, vágás, égési sérülés esetén
- ekcémás, pikkelysömörös vagy irritált bőrfelületen
- herpesz, kiütések vagy fertőzött bőrfelület esetén
- rendellenes sebgyógyulási hajlam fennállásakor

Fontos szakmai megjegyzések

A kezelőfej fém alkatrészt tartalmaz, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem ajánlott.

Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása megfelelő a Te számodra kérjük, hogy vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: info@vitee.hu