

DermaGene® FaceCleaner Mini készülék

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

A DermaGene® FaceCleaner Mini készülék elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- pacemaker vagy beültetett defibrillátor
- daganatos megbetegedés (jelenleg vagy kórtörténetben)
- súlyos krónikus vagy szisztémás betegség (pl. szívbetegség)
- epilepszia
- terhesség vagy szoptatás ideje alatt
- fémimplantátum jelenléte a kezelendő területen
- a kezelendő területen az elmúlt 3 hónapban végzett műtéti beavatkozás

Mikor nem alkalmazható a készülék?

- herpesz vagy egyéb fertőzött bőrfelületen
- ekcémás vagy beteg bőrön
- erősen gyulladt, aknés bőrfelületen
- seb, vágás vagy égési sérülés esetén
- kiütésekkel vagy irritációval érintett területen

Fontos szakmai megjegyzések

A készülék egyik oldala orvosi minőségű szilikon tisztítófelülettel rendelkezik, míg a másik oldalon található kezelőfej fém alkatrészt tartalmaz, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem ajánlott.

Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása számodra megfelelő, kérjük vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: info@vitee.hu