

DermaGene® BodyContour RF

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

DermaGene® BodyContour Rádiófrekvenciás Készülék elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- terhesség és szoptatás ideje alatt
- menstruáció első 3 napjában (has területén)
- szívbetegség, pacemaker jelenléte
- magas vérnyomás
- cukorbetegség
- epilepszia
- daganatos megbetegedés
- hormonkezelés alatt álló állapot
- krónikus vagy szisztémás betegségek
- súlyos sérülések vagy gyulladt területek
- visszér a kezelt területen
- fém implantátumok, fém a kezelt területen
- sérült, irritált, ekcémás, fertőzött vagy problémás bőrfelület
- fényérzékenység vagy fényérzékenyítő gyógyszerek alkalmazása esetén
- fájdalomcsillapítók szedése mellett

Mikor nem alkalmazható a készülék?

- sérült, hólyagos, beteg vagy gyulladt bőrfelületen
- ekcémás, erősen pattanásos bőrön
- heges, rendellenes bőrterületen
- visszértágulattal érintett területen
- fémimplantátum jelenléte esetén a kezelendő területen
- arcon, nyakon és mellkason nem alkalmazható
- szem és szív környékén tilos használni

Fontos szakmai megjegyzések

A rádiófrekvenciás technológia hőt termel, így a kezelőfejet egy pontban tartani tilos. Túlmelegedés, kellemetlen vagy égető érzés esetén a kezelést azonnal abba kell hagyni. A kezelést követően kerülni kell az erős napsugárzást, és legalább SPF 30 fényvédelem javasolt.

A kezelőfej fém alkatrészt tartalmaz, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem ajánlott.

Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása számodra megfelelő, kérjük vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: info@vitee.hu