

DermaGene® BodyContour Kavitációs Készülék

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

DermaGene® BodyContour Kavitációs Készülék elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- terhesség és szoptatás ideje alatt
- menstruáció első 3 napjában (has területén)
- szívbetegség, pacemaker jelenléte
- magas vérnyomás
- cukorbetegség
- epilepszia
- daganatos megbetegedés
- hormonkezelés alatt álló állapot
- krónikus vagy szisztémás betegségek
- súlyos sérülések vagy gyulladások területei
- fém implantátumok, fém a kezelt területen
- sérült, irritált, ekcémás, fertőzött vagy problémás bőrfelület

Mikor nem alkalmazható a készülék?

- sérült, hólyagos, beteg vagy gyulladásos bőrfelületen
- ekcémás, erősen pattanásos bőrön
- heges, rendellenes bőrterületen
- visszértágulattal érintett területen
- fémimplantátum vagy fém jelenléte esetén a kezelendő területen
- arcon nem alkalmazható
- szem és szív környékén tilos használni
- 1,5 cm-nél vékonyabb zsírréteg esetén nem alkalmazható
- csontos területeken csak fokozott óvatossággal használható

Fontos szakmai megjegyzések

A kezelés kizárólag megfelelő vastagságú zsírrétegen alkalmazható. A kezelőfejet folyamatos mozgásban kell tartani, vezető gél használata kötelező, és egy alkalommal a kezelési idő nem haladhatja meg a 40 percet.

Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása számodra megfelelő, kérjük vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: info@vitee.hu